

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА № 005/3-251

на испытательное оборудование

1 Наименование: **Термостат жидкостный MLW 8**

2 Заводской №: 13892520

3 Назначение: Поддержание заданной температуры

4 Технические характеристики.

Точность поддержания температуры, °С/ч: 0,02

Равномерность распределения температуры, °С/м: 0,02


5 Результаты первичной аттестации от 06.12.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Диапазон воспроизводимых температур, °С		5 -150
Точность поддержания температуры, °С/ч		0,02
Равномерность распределения температуры, °С/м:		0,02

Периодичность аттестации: 1 раз в 2 года. Место хранения: к.155

Техническое обслуживание проводится при проведении периодической аттестации

Ответственный за состояние СИ и ВО



Мигаль П.В.

6 Журнал периодической аттестации и технического обслуживания.

№ протокола	Дата проведения	Результат (Гожен / Не гожен)
225	02/12/13	гожен